

Bursa Sağlık Müdürlüğü	TEKLİF İSTEME FORMU	Tarih :../06/2020 Teklif No :
------------------------	----------------------------	----------------------------------

İdarenin Adı	: BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkili Adı Soyadı	: Sibel TOPÇU
Telefon	: (0224) 295 61 68
Faks - Email	: (0224) 233 44 61-sibel.topcu@saglik.gov.tr
Tedarikçi Firma	:
Firma Tel & Faks & E Posta	:
Yetkili Adı Soyadı	:

Sayın
.....
Müdürlüğümüzce alımı yapılacak olan "WTV Marka Cond3210 Model İletkenlik Ölçme Cihazı Bakım-Onarım Hizmeti Alımı" işine ait aşağıda belirtilen kalemlere fiyat tekliflerinizi göndermenizi rica ederim.

Sıra	Hizmetin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	WTV Marka Cond3210 Model İletkenlik Ölçme Cihazı Bakım-Onarım Hizmeti Alımı	1	Adet		
Genel Toplam Tutar					

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	: 30 Gün
ÖDEME ŞEKLİ (VADE)	: Faturaların Kurumumuza Giriş Tarihine Göre Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi tarafından ödenecektir.
SEVK ADRESİ	:
DİĞER İSTEKLER / ŞARTLAR	: 15.06.2020 mesai bitimine kadar teklife dönüş yapılacaktır.
NOT	:

LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!
TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM DÜZENLEMİYİNİZ!

Teklif İsteyen Görevli (İsim, İmza, Kaşe)	Tedarikçi Firma Onayı (İsim, İmza, Kaşe)
Sibel TOPÇU V.H.K.İ.	
Teklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satınalma Servisi tarafından doldurulacaktır)	Uygun Uygun Değil



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

KOD

İMİ.F.003

Sayfa 1 / 1

İLETKENLİK ÖLÇER CİHAZI BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Halk Sağlığı Laboratuvarında Ultra Saf Su/Saf su ölçümlerinde kullanılan WTW Marka Cond 3210 Model İletkenlik Ölçme cihazının bakımı yapılacaktır.
- 2- Ayrıca cihazın saf su ölçümlerinde kullanılan LR325/01 çelik gövdeli iletkenlik probu bakım esnasında kullanım performansını olumsuz etkileyecek durumdaysa yenisiyle değiştirilecek ve bu durum servis raporuyla tutanak altına alınacaktır.
- 3- Cihazın kalibrasyon doğrulamalarının yapılabilmesi için 250 mL lik 5 μ S/cm iletkenlik standardı ve 250 mL lik 1,3 μ S/cm iletkenlik standartı da verilecektir.
- 4- Bakımı yapacak olan firma; bakım, İletkenlik probu ve İletkenlik standartlarına birlikte fiyat teklifinde bulunacaktır.
- 5- Yapılan bütün işlemler en az 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
- 6- İletkenlik cihazının, yapılan bakımı ve parça değişimleri (İletkenlik probu vs.)ile ilgili detaylı servis raporu yazılacaktır.
- 7- Cihazın yapılan bakımının teknik uygunluğu laboratuvarca saptanacaktır.

ONAYLAYAN

Orhan KARAKUŞ
Kimya Bir.Sorm.

Mehmet DAYAN
Teknisyen

Cemre BURUL
Biyomedikal Teknikeri