






96 KUYUCUKLU RT PCR PLATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İML.FR.003	YAY. TRH.	02.10.2017	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Teklif edilecek olan plate kurumumuz demirbaşında bulunan Bio-Rad Marka CFX Sistemine yönelik RT-PCR çalışmaları için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Polipropilen yapıda olmalıdır.
3. Bir plate 96 kuyucuk içermelidir.
4. Az miktarda çalışma yapılmak istendiğinde buna uygun plate ve kapakları temin edilebilmelidir.
5. Bir kuyucuk hacmi 5-125 mikrolitre olmalıdır.
6. Teklif verecek olan firmanın temin edeceği ürün laboratuvarında bulunan cihazda daha önce denenmiş olmalıdır.
7. Teklif edilecek cihaza uygun olacak şekilde ve aynı sayıda PCR plate filmi/seal verilecektir.
 - a. Plate Filmi/ Seal kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
 - b. 96 well plate in tamamını kapatabilir kapasitede olmalıdır.
 - c. PCR ve RealTime PCR çalışmalarında kullanılmalıdır.
 - d. Bir paket içerisinde 100 adet bulunmalıdır.
8. Teklif verecek firma ilgili cihazımıza ait Yetki Belgesi verilmelidir. Yetki belgesi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uzm.Dr.Gülşah BİTER Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı 	Uzm.Dr.Gönül ÜNVER ŞEKER Tıbbi Biyokimya Uzmanı 	Uzm.Dr.Zehra YÜRÜKEN Sorumlu Hekim 
--	---	--