






PLATE FİLMİ /SEAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	02.10.2017	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Plate Filmi/ Seal kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
2. Plate filmi platenin tamamını kapatabilir kapasitede olmalıdır.
3. PCR ve RealTime PCR çalışmalarında kullanılmalıdır.
4. Bir paket içerisinde 100 adet bulunmalıdır.

<p>Uzm.Dr.Gülşah BİTER Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı</p> 	<p>Uzm.Dr.Gönül ÜNVER ŞEKER Tıbbi Biyokimya Uzmanı</p> 	<p>Uzm.Dr.Zehra YÜRÜKEN Sorumlu Hekim</p> 
---	--	---