






## PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİLR.003	YAY. TRH.	02.10.2017	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. 96'lık raklarda filtreli ve steril olmalıdır.
2. Pipet uçları ve aerosol filtreleri polietilen den yapılmış olmalıdır.
3. Bütün ana pipetlerle uyum göstermelidir. Uyumluluğun kontrolü için firma tarafından örnekler (3 örnek ) sunulmalıdır
4. Kilitli torba içinde toz ve nemden korunmuş olmalıdır.
5. Teslim edildiği tarihten itibaren en az 6 (altı) ay miadlı olmalıdır. Miadı yaklaşan sarf malzeme yenileri ile ücretsiz değiştirilecektir.
6. Pipet uçları laboratuvarıda kullanılan pipetlerle uyumu denendikten sonra kabul edilecektir.

Uzm.Dr.Gülşah BİTER Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı 	Uzm.Dr.Gönül UNVER ŞEKER Tıbbi Biyokimya Uzmanı 	Uzm.Dr.Zehra YÜRÜKEN Sorumlu Hekim 
--	---	--