

Bursa Sağlık Müdürlüğü	<b>TEKLİF İSTEME FORMU</b>	Tarih :.../.../2022 Teklif No :
------------------------	----------------------------	------------------------------------


İdarenin Adı	: BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkili Adı Soyadı	: Sibel TOPÇU
Telefon	: (0224) 295 61 68
Faks - Email	:(0224) 233 44 61-sibel.topcu@saglik.gov.tr
Tedarikçi Firma	:
Firma Tel & Faks & E Posta	:
Yetkili Adı Soyadı	:

Sayın  
.....  
Müdürlüğümüzce alımı yapılacak olan "Bebek Alt Değ.Minderi – Evde Bakım Çanta – Tıbbi Atık Kutusu Alımı " işine ait aşağıda belirtilen kalemlere fiyat tekliflerinizi göndermenizi rica ederim.

Sıra	Hizmetin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Bebek Alt Değiştirme Minderi	4	Adet		
2	Evde Bakım Sağlık Çantası	1	Adet		
3	Tıbbi Atık Kutusu 5 Lt.	3.000	Adet		
Genel Toplam Tutar					

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	: 30 Gün
ÖDEME ŞEKLİ (VADE)	: Faturaların Kurumumuza Giriş Tarihine Göre Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi tarafından ödenecektir.
SEVK ADRESİ	:
DİĞER İSTEKLER / ŞARTLAR	:
NOT	: Kısmi Teklife Açıktır.

**LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!**  
**TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM DÜZENLEMİYİNİZ!**

<b>Teklif İsteyen Görevli (İsim,İmza,Kaşe)</b>	<b>Tedarikçi Firma Onayı (İsim,İmza,Kaşe)</b>
 Sibel TOPÇU V.H.K.K.	
Teklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satınalma Servisi tarafından doldurulacaktır)	Uygun Uygun Değil



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ ATIK KUTUSU (5 LİTRE-KESİCİ DELİCİ)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

97

KOD

INI.F.003

Sayfa:1/1

1. Tıbbi atık kutusu plastik malzemeden üretilmiş olup; gövde sarı, kapak kırmızı ve üst kapakçık kırmızı veya sarı renkte olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme delinmeye, düşürme ve darbeye mukavemeti yüksek olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalıdır.
3. Tıbbi atık kutusu en az 5 litre hacminde olmalıdır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapağı tırnaklı kilitli sistem olmalı ve kapatıldıktan sonra kesinlikle açılmayacak özellikte olmalıdır.
5. Kutu kapağında iğne uçlarının kolaylıkla sürerek çıkartılabileceği tırnak ve diğer malzemelerin atılabileceği açıklık bulunmalıdır.
6. Kutu üzerinde 'KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ATIK' yazısı ve amblemi olmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, varsa katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

 Önder AYDIN Müdür Yardımcısı	 Yakup K... Müdür Yardımcısı	 Adnan GOKÇE Çevre Mühendisi-İSG Uzmanı
 Tunç ERGİN Taşınır Kayıt Yetkilisi	 Orhan KARAKUŞ Kıt. Yager	



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü


**BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ  
BEBEK ALT DEĞİŞTİRME MİNDERİ ŞARTNAMESİ**


KOD	İMİ FR 003	YAY. TRH.	02.10.2017	REV TRH.		REV NO		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	----------	--	--------	--	-------------

- 1-Dayanıklı yapıda olmalıdır.
- 2-Minderin ebadı 46(+/-4) cm \* 70 (+/-11) cm olmalıdır.
- 3- Kolay taşınabilmelidir.
- 4- Tüm yüzeylerde kullanılabilmelidir.
- 5- Yüzeyi kolay temizlenebilir kumaştan olmalı ya da üzerinde çıkabilen alezli parça olmalı ve bu sayede minder kirlenmemelidir.
- 6- Sağlığa zararlı olmayan maddelerden üretilmiş olmalıdır.

  
**Ali KAYA**  
V.H.K.I.

  
**MUSTAFA ÖZKAN**  
Taahhüt Gayit Yetkilisi

  
Emine Borukuz (ebe)

  
MUSTAFA ÖZKAN  
K 162 0  
Hastane Müdürü

TARİH **26.11.2017**



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH	02.10.2017	REV TRH		REV. NO	Sayfa 1 / 2
-----	-----------	----------	------------	---------	--	---------	-------------

1. Çanta ambulans ekibi, evde bakım, mavi kod, akut ve acil müdahaleyi gerektiren durumlar için, gerekli malzemelerin taşınabilmesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Çanta elde, omuzda ve sırtta taşımaya uygun olmalıdır. Elde taşımak için dikey/yatay taşıma kulpu bulunmalıdır.
3. Çanta suya dayanıklı, PVC branda kumaştan üretilmiş olmalıdır.
4. Çanta kırmızı, mavi veya turuncu renkte olmalıdır.
5. Çantanın ebatları ortalama 65x40x30 cm (+/-2cm) ölçülerinde olmalıdır.
6. Çanta fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde en az 4 dış cep olmalıdır.
7. Kapak cebinin üzerinde 1 adet şeffaf ve fermuarlı dosya-ayrak bölmesi olmalıdır.
8. Büyük yan cebin içinde 4 adet küçük cep olmalıdır. Küçük cepler kapaklı ve fermuarlı olmalıdır.
9. Üst cep içinde 3 adet modül bulunmalıdır.
10. Kapak iç kısmında 3 adet modül bulunmalı, bu modüller cırtlı bant ve lastik ile kapağa sabitlenebilmelidir. Modüllerin ayrılması ve yeniden yerleştirilmesi pratiklik sağlayacak şekilde olmalıdır.
11. Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olmalıdır.
12. Çanta içi seperatörle ile istenilen şekilde dizayn edilebilmelidir.
13. Yan ceplerde en az 120 ampul taşımaya uygun 1,5-2 cm genişlikli ampul yuvaları bulunmalıdır.
14. Çantanın yan duvarlarında ağırlığa neden olan PVC levha bulunmamalı, çanta hafif olmalı, taşınması rahat olmalıdır.
15. Çantayı saran reflektör bant olmalıdır.
16. Çantanın alt kısmında ikinci kat olarak yapılmış sıvı geçişini önleyen PVC kumaş bulunmalı, bu kumaş ayrıca tabana puntolanmalıdır. 4 Adet kauçuk darbe emici ayak bulunmalıdır.





Ali KAYA  
V.H. İM.

Musa ÖZKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

TARİH

24.11/20....

Emine Bozkuz (elb)



Belge Doğrulama Kõdu: 6079fã0a-0254-49a2-9b2f-53a4c8732659.  
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>